

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą uPzp
pt.: Pobór i wykonanie analiz fizykochemicznych wraz z opracowaniem
sprawozdań z wykonanych badań dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej
S.A. Oddziału KWK Staszic – Wujek z podziałem na dwa zadania:
Zadanie 1: Ruch Murcki - Staszic,
Zadanie 2: Ruch Wujek (nr sprawy 622500228)**

Działając zgodnie z § 32 ust. 2,3 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ jak niżej:

Pytanie 1

Co rozumieją Państwo pod nazwą: "Opinia do analizy Bakteriologicznej"?

Odpowiedź:

Opinia do analizy bakteriologicznej wody ze stacji uzdatniania powinna zawierać interpretację wyników w odniesieniu do wartości dopuszczalnych określonych w obowiązujących przepisach prawnych wraz ze stwierdzeniem zgodności.

Pytanie 2

Czy woda SUWD to jest woda uzdatniona przeznaczona do spożycia?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jest to woda przeznaczona do spożycia po uzdatnieniu w Stacji Uzdatniania Wód Dołowych.

Pytanie 3

Proszę o informację, ile dokładnie w trakcie całego czasu obowiązywania umowy, będzie dojazdów w celu pobierania i odbierania próbek? Z uzyskanych informacji nie wynika jasno, a jest to konieczne do oszacowania wartości całej usługi.

Odpowiedź:

W zakresie Zadania 1 Ruch Murcki – Staszic:

Na podstawie tabeli, która zawiera wykaz analiz informuję, że w każdym miesiącu minimum dwa razy będzie zgłaszane zapotrzebowanie na pobór i odbiór próbek z kopalni.

W sytuacji, gdy zaistnieje konieczność przebadania dodatkowych prób, Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego. W pilnych przypadkach Zamawiający dostarczy próby do laboratorium.

W zakresie Zadania 2 Ruch Wujek:

Próbki wody ze SUWD odbierane są raz w tygodniu. Pozostałe w zależności od potrzeb Zamawiającego – zazwyczaj są to grupy prób połączonych zakresami (średnio raz na 2 miesiące lub przy okazji odbioru prób wody z SUWD). W sytuacji, gdy zaistnieje konieczność przebadania dodatkowych prób, Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego. W pilnych przypadkach Zamawiający dostarczy próby do laboratorium.

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej