

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu
nr sprawy 412501231**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą uPzp pt
Pobór prób i wykonanie analiz laboratoryjnych dla ścieków, wód oraz
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza dla PGG S.A. Oddział KWK
Sośnica.**

Działając zgodnie z § 32 ust. 2,3 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ jak niżej:

Pytanie

Proszę o informację czy pobór próbek wody średniodobowych oraz 24 - godzinnych może odbywać się za pomocą autosamplera czy ma być wykonany ręcznie.

Odpowiedź:

Zamawiający zaleca pobór prób ręczny/manualny ze względu na zapisy pkt. VIII ppkt. 1 załącznika nr 1 do SWZ – „W przypadku pomiarów całodobowych wymagany jest nadzór nad przebiegiem procesu pobierania prób przez uprawniony personel Wykonawcy w celu: zapewnienia natychmiastowej reakcji na ewentualne zakłócenia w pracy urządzeń pomiarowych, odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania prób oraz prowadzenia dokumentacji terenowej potwierdzającej prawidłowy przebieg pomiarów.”

Ponadto należy wziąć pod uwagę, że:

Punkt poboru znajduje się w terenie oddalonym od głównych zabudowań kopalni, co znacznie utrudnia stały nadzór nad urządzeniem. Teren, ten jest narażony na silne opady, zmienne temperatury, mróz. Długotrwała ekspozycja na takie warunki może doprowadzić do awarii elektroniki, uszkodzeń mechanicznych lub zakłóceń w pracy urządzenia. W przypadku awarii, uszkodzenia lub kradzieży sprzętu, reakcja serwisowa może być opóźniona, co skutkuje ryzykiem utraty danych lub ich niewiarygodnością.

Ponadto obszar, na którym miałby działać autosampler, znajduje się w pobliżu terenów leśnych i pojawiają się tam dzikie zwierzęta (np. dziki, lisy). Urządzenia wystawione na zewnątrz, nawet zabezpieczone, mogą zostać uszkodzone lub zniszczone przez zwierzęta. W przypadku uszkodzenia autosamplera (czy to przez czynniki atmosferyczne, czy zwierzęta), może dojść do przypadkowego zanieczyszczenia próbki lub przerwania cyklu poboru, co skutkuje niewiarygodnym wynikiem pomiarowym, a tym samym błędną oceną środowiskową.

W przypadku wystąpienia awarii lub problemów technicznych, odpowiedzialność za wiarygodność wyników spada na wykonawcę. Korzystanie z rozwiązania o podwyższonym ryzyku uszkodzenia może skutkować konsekwencjami prawnymi lub finansowymi, jeśli okaże

się, że dane z autosamplera są nieprawidłowe lub niezgodne z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

W związku z powyższym Zamawiający zaleca pobór ręczny.

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej