



Nasz znak: 71/EZP/JK/472400737/21196/24

Rybnik, dnia 07.10.2024r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych w temacie: **„Dostawa pieców laboratoryjnych wraz z osprzętem dla potrzeb laboratorium PGG S.A.” nr sprawy 472400737.**

Działając w oparciu o § 32 ust. 2, 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w PGG S.A. Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania i modyfikuje treść SWZ w ww. postępowaniu w następujący sposób:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza piec laboratoryjny o pojemności min. 5l ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza piec o pojemności nie mniejszej niż 6,48l oraz wymiarach komory roboczej szer. x wys. x gł. [min.] 180 x 120 x 300 [mm] zgodnie z SWZ str 21.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementu grzewczego wykonanego z węgla krzemu dopasowanego do wymiarów pieca, umożliwiającego pracę do 1000oC w ilości 23 sztuki, zamiast tacek stalowych dopasowanych do wymiarów pieca (w ilości 38 sztuk), wraz z uchwytami na tacki (w ilości 11 sztuk)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

.....