



51/EZP/RB/16/2026

19.02.2026 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nieobjętego pzp pn.: „**Wzorcowanie przyrządów pomiarowych oraz wzorców dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w 2026 roku**”

[nr sprawy: 512501138]

I. Działając w oparciu o § 32 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na zapytania Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1:

Dotyczy punktów 11,12,13,14 z "Wykazu przedmiotu zamówienia" czy poziom certyfikatu Dakks będzie akceptowany jako zgodny z ILAC MRA? Wg, naszych informacji:DAkKS jest sygnatariuszem ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement), co oznacza, że akredytacje wydane przez DAkKS (Niemiecką Jednostkę Akredytującą) są równoważne i uznawane na arenie międzynarodowej w ramach porozumień ILAC. ILAC MRA: To międzynarodowa umowa o wzajemnym uznawaniu akredytacji. Certyfikaty/raporty z badaniami czy wzorcowaniem, opatrzone znakiem akredytacji DAkKS oraz znakiem ILAC MRA, są uznawane za równie wiarygodne jak te wydane przez inne jednostki akredytujące zrzeszone w ILAC (np. polskie PCA).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje że, poziom certyfikatu DakkS jest w pełni akceptowany jako zgodny z ILAC MRA.

Pytanie nr 2:

Wzorcowanie przetworników momentu z punktów jak wyżej 11,12,13,14 musi



być przeprowadzone u producenta tj. w firmie Stahlwille. Czy musimy wykazywać ich jako podwykonawcę

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że szczegółowe zapisy dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Części X SWZ.

Pytanie nr 3:

Czy można składać, ofertę częściową dotyczącą tych podpunktów, które nas interesują

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza składania ofert częściowych. Zakres i przedmiot poszczególnych części zamówienia (zadania), na które można składać ofertę został określony w SOPZ (Załącznik nr 1 pkt V. do SWZ).

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**W imieniu Zamawiającego
Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej**