

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „**Dostawa mierników pomiaru stężeń gazów kopalnianych oraz osprzętu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 332-17**”.

Nr postępowania: 702501469

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy.

Pytanie :

Czy Zamawiający w zadaniu 2 i 3 dopuszcza przyrząd wyposażony w akumulator składający się z dwóch ogniw 2.1 Ah, których łączna pojemność pozwala na pracę urządzenia do 47 godzin, co wyczerpuje ponad 3-krotnie wymaganie Zamawiającego co do czasu pracy urządzenia z pozycji 12.

Spełnienie wymogu rodzaju zasilania min. 6 Ah (poz. 14.) nie wpływa na żaden praktyczny aspekt pracy mierników a powoduje uniemożliwienie złożenia oferty na jakiegokolwiek urządzenie równoważne.

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ **nie określił** wymagań co do ilości ogniw w akumulatorze, w zakresie rodzaju zasilania oraz czasu pracy Zamawiający podał **minimalne wartości**.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej