



Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych w temacie: Dostawa suszarek laboratoryjnych dla potrzeb Oddziałów PGG S.A. (nr postępowania: 472401384)

Zamawiający działając na podstawie §32 „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.” udziela wyjaśnień treści SWZ oraz modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

I. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ:

Pytanie: Czy można uzyskać przykładowe zdjęcia próbek oraz ich wymiary?

Odpowiedź: Zdjęcia próbek zawierają poufne dane – nie wysyłamy zdjęć firmom obcym.

Minimalne wymiary suszarki, aby zmieścić próby w różnych naczynkach wynoszą:

- Minimalna szerokość półki: 50cm,
- Min. głębokość półki: 35cm,
- Minimalna odległość między półkami: 15cm.

Pytanie: Czy jest możliwość zmiany terminu dostawy na 24 tygodnie?

Lub czy można negocjować wysokość kar za opóźnioną dostawę?

W przypadku takiej liczby urządzeń, producent musi je najpierw wyprodukować ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza suszarki, których obudowa zewnętrzna oraz wewnątrz wykonane są ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej – brak zastrzeżeń. Obudowa wewnętrzna, jak i wszystkie powierzchnie związane z próbką - nie mogą być ze stali nierdzewnej.

Pytanie:

Proszę o podanie jaką pojemność mają posiadać suszarki z zadania 4? Min. 100 l czy min 700 l?

Odpowiedź: Zadanie nr 4 obejmuje dostawę 5 szt. suszarek o pojemności min. 100l z wymuszonym obiegiem powietrza.

Polska Grupa Górnicza S.A. : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego: 3 916 718 800,00 zł

• BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP 59 1020 1026 0000 1102 0273 8227

Ruch Chwałowice : 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel : 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy : 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydultowy@pgg.pl

Pytanie:

W celu oszacowania kosztów transportu prosimy o wskazanie które suszarki będą dostarczane do poszczególnych lokalizacji.

Odpowiedź: Szacowana lokalizacja dostaw:

Zad. 1:

- Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice: 2 szt.,
- Oddział KWK ROW Ruch Jankowice: 2 szt.,
- Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy: 2 szt.

Zad. 2:

- Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice: 1 szt.,
- Oddział KWK ROW Ruch Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit: 1 szt.,
- Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast: 1 szt.,
- KWK Mysłowice-Wesoła: 1 szt.

Zad. 3:

- Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit: 2 szt.,

Zad. 4:

- Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast: 1 szt.,
- KWK Mysłowice-Wesoła: 2 szt.,
- KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic: 2 szt.

Pytanie:

W dniu dzisiejszym została przez nas dołączona oferta. Niestety nie widzę, żadnych oświadczeń do pobrania. Czy nie są one wymagane? Z góry bardzo dziękuję za udzielenie informacji.

Odpowiedź: Opis sposobu przygotowania oferty został określony w części XII SWZ.

Pytanie:

W specyfikacji na stronie 23 podają Państwo w Zadaniu 4- dostawa 5 sztuk, natomiast w tabeli poniżej dla tego samego zadania - 4 sztuki. Która ilość jest prawdziwa? Proszę również o informacje czy wymagane jest wniesienie oraz podanie, jakie suszarki oraz ile sztuk ma jechać do których konkretnie lokalizacji. Informacje te są niezbędne do wyceny transport

Odpowiedź: Zadanie nr 4 obejmuje dostawę 5 szt. suszarek o pojemności min. 100l z wymuszonym obiegiem powietrza.

Wymagany jest transport suszarek na poszczególne kopalnie, zgodnie z SWZ oraz wniesienie i podłączenie suszarki.

Pytanie:

Czy wymagane jest wniesienie urządzeń? (jeżeli tak to proszę opisać gdzie które piętro czy jest winda czy są schody itp).

Odpowiedź:

Zadanie 1)

- Laboratorium Chwałowice: 2 piętro, schody,
- Laboratorium Jankowice: 2 piętro, schody,

- Laboratorium Rydułtowy: 2 piętro, schody.

Zadanie 2)

- Laboratorium Chwałowice: 1 piętro, schody,

- Laboratorium Ruch Ziemowit: 1 piętro, schody,

- Laboratorium Ruch Piast: parter lub 1 piętro, schody,

- Laboratorium Mysłówice-Wesoła: parter (jeśli brak miejsca 1 piętro), schody.

Zadanie 3)

- Laboratorium Ruch Ziemowit: 1 piętro, schody.

Zadanie 4)

- Laboratorium Ruch Piast: parter lub 1 piętro, schody,

- Laboratorium Mysłówice-Wesoła: parter (jeśli brak miejsca 1 piętro), schody,

- Laboratorium Ruch Murcki-Staszic: półpiętro, schody.

II. Modyfikacja treści SIWZ:

1. **Zmienia się treść pkt. XIII.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:**

Ofertę należy złożyć do: 07.04.2025r godz. 8:00.

2. **Zmienia się treść pkt. XIII.2. SWZ, który otrzymuje brzmienie:**

Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi w dniu 07.04.2025r., godz. 8:00.

3. **Zmienia się treść pkt. XIII.6. SWZ, który otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 05.07.2025r. Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej